

Δ ΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
« ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ»

**Αναφορικά με τις παρατηρήσεις της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.:**

Γίνονται δεκτές οι παρατηρήσεις της εταιρείας

Όνομασία είδους 3 ( Δίσκοι ευαισθησίας αντιβιοτικών )

Δεδομένης της μεγάλης κατανάλωσης των δισκίων αντιβιοτικών στο εργαστήριο η απαίτηση καθορίζεται σε 4 dispensores ( διανεμητές ) των 8 θέσεων

Όνομασία είδους 12,13,14,16,25&31 ( Θρεπτικά υλικά )

Η συσκευασία των 10 τρυβλίων γίνεται αποδεκτή προκειμένου να μην περιορίζεται ο ανταγωνισμός προς όφελος του Νοσοκομείου.

Όνομασία είδους 50 ( ΙΣΤΟΚΙΤ GRAM STAIN )

Η προδιαγραφή αλλάζει ως εξής

ΙΣΤΟΚΙΤ GRAM STAIN των 4 bt 250ml το καθένα

Όνομασία είδους 66

Η προδιαγραφή αλλάζει ως εξής

Αντιδραστήριο ανίχνευσης αντισωμάτων για λοιμώδη μονοπυρήνωση ( monotest) με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας. Κατά προτίμηση η συσκευασία να είναι των 10 test

Δεν γίνεται αποδεκτές οι παρατηρήσεις για το Κυανούν του μεθυλενίου Όνομασία είδους 26 λόγω της μικρής συχνότητας της εξέτασης .Επομένως η προδιαγραφή παραμένει ως έχει :Κυανούν του μεθυλενίου σε διάλυμα συσκευασία έως 1 λίτρο

**Αναφορικά με τις παρατηρήσεις της εταιρείας ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Α.Ε.**

Οι τεχνικές προδιαγραφές για μετρητή αιμοσφαιρίνης καθώς και για τις συνοδές κυβέττες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για δημόσια διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία 6-04-2015 και οι σχετικές παρατηρήσεις έχουν απαντηθεί. Η εταιρεία ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Α.Ε. κατέθεσε παρατηρήσεις στις 9-04-2015 σε κατάλογο υλικών εργαστηρίων που υπήρχε και εκεί το συγκεκριμένο είδος.Παρόλα αυτά δεν γίνονται αποδεκτές οι παρατηρήσεις της εταιρείας καθότι για τη μέθοδο μέτρησης της αιμοσφαιρίνης προτιμάται η φωτομετρία οπτικής απορρόφησης με τη μέθοδο αζιδίου μεθαιμοσφαιρίνης που αποτελεί και τη μέθοδο αναφοράς. Επίσης στις προδιαγραφές δεν υπήρχε η δέσμευση της ποσότητας αίματος 10 -15 μl

Επομένως οι προδιαγραφές για τον μετρητή αιμοσφαιρίνης και τις συνοδές κυβέττες έχουν ολοκληρωθεί μετά την 1<sup>η</sup> φάση της δημόσιας διαβούλευσης υλικών αντιδραστηρίων και έχουν κατατεθεί ( αρ.πρωτ 8931 /12-05-2015)