

| | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
|------------|--|-----------------|
| α/α | ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ(ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ.,ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ-ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ) | |
| | A. ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ-ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ | |
| 1 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16-20G ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ Μ.Χ. | SET |
| 2 | <p>ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Μ.Α</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Να διαθέτει πτερύγια στήριξης . 2. Να έχει ενσωματωμένη διαφανή προέκταση η οποία στο άκρο της να καταλήγει σε σχήμα Υ, ώστε να απλουστεύεται η χορήγηση φαρμάκων και διαλυμάτων αλλά και να εμποδίζει την επαφή με το αίμα κατά την φλεβοκέντηση. 3. Το υλικό κατασκευής του φλεβοκαθετήρα να είναι από πολυουρεθάνη . 4. Να έχει λεπτά τοιχώματα για να διατηρεί τη μεγαλύτερη δυνατή εσωτερική διάμετρο, ώστε να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες ταχύτητες ροής. 5. Να διαθέτει εγκοπή LL (Luer Lock) για δυνατότητα παροχής σκευασμάτων και ορών χωρίς τη χρήση βελόνας. Η βαλβίδα να δέχεται σύριγγες με ρύγχη LL και LS (Luer Slip). 6. Να είναι αποστειρωμένος . Να είναι ακτινοσκιερό. 7. Να διαθέτει νούμερα από 18 έως και 25G τουλάχιστον. | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| 3 | <p>ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 27G ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι, ατραυματική, σιλικοναρισμένη, λεπτών τοιχωμάτων, με διπλή κοντή λοξότμηση, μήκους 9.5mm για 27G. 2.Ζεύγος πτερυγίων για σωστή προώθηση της βελόνας και ασφαλή στήριξη της. Επι των πτερυγίων ν' αναγράφεται το μέγεθος της βελόνας 27G. 3.Σωλήνα υψηλής ποιότητας (ατσάκιστο), που να ανακτά την αρχική του διάμετρο μετά από πιθανή αναδίπλωση, καθώς και ικανοποιητικού μήκους (80cm και άνω για 27G) για να φτάνει την αντλία έγχυσης που τοποθετείται σε διάφορα σημεία του σώματος. 4.Επιστόμιο με χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (γκρί για 27G) και υποδοχή για σύνδεση ασφαλείας Luer-lock με τη συσκευή χορήγησης. 5.Ταχύτητα ροής υγρού 3 ml/min για 27G. 6.Όγκο εξαέρωσης 0.2 ml για 27G. | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| 4. | ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ &ΦΙΛΤΡΟ*18 ΚΑΙ16G | |
| | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 12-26G | |
| 5. | ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΠΑΚΙ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 22G | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| 6. | ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΠΑΚΙ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 23G | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| 7. | ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΠΑΚΙ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 25G | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| 8. | ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΠΑΚΙ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 26G | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| 9. | ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΠΑΚΙ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 27G | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| 10. | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ 27G ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΛΟΞΟ ΑΚΡΟ 90MM | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| | B.ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ. | |
| 1 | ΒΕΛΟΝΕΣ 19G X 1 1/2" 1,10 X 40 ΓΑΛΑΚΤΟΧΡΟΥΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| 2 | ΒΕΛΟΝΕΣ 21G X 1 1/2" 0,80 X 40 ΠΡΑΣΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| 3 | ΒΕΛΟΝΕΣ 23G X 1" 0,60 X 25 ΜΠΛΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| 4 | ΒΕΛΟΝΕΣ 25G X 5/8" 0,50 X 16 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| 5 | ΒΕΛΟΝΕΣ 27G X 5/8" 0,45 X 16 ΚΑΦΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| 6 | ΒΕΛΟΝΕΣ 16 GX1 1/2" | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| 10 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΕΝΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 31G X5MM | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| 11 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΕΝΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 31G X8MM | ΤΕΜΑΧΙΟ |

| | | |
|--|---|---------|
| | ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Μ.Χ. ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ G21x9MM | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| | ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Μ.Χ. ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ G22 X 50mm | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| | ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΥΠΟΥ CONTIPLEX D 18G | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| | ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΥΠΟΥ CONTIPLEX D 20G | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| | ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΠΟΝΔΥΛΙΚΑ BLOCK ΤΥΠΟΥ PLEXUFIX 24G | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| | ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΩΝΙΩΔΕΙΣ ΤΥΠΟΥ GRIPPER (ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ) | ΤΕΜΑΧΙΟ |