

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για προμήθεια ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν παρατηρήσεις μέχρι **24/4/2015** στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hospkorinthos.gr

A)

| Ι.ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ | | |
|---------------------------------------|---|---------|
| | Καθετήρες φλέβας διπλής ροής με πτερύγια και βαλβίδα όλα τα Νο. Να διατίθενται σε μεγέθη 14, 16, 18-24 G. Να διαθέτουν βαλβίδα μη παλινδρόμησης. Να εξασφαλίζουν την δυνατότητα αμέσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης αίματος στην φάση της φλεβοκέντησης (ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ) | |
| 1 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ G16 | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| 2 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ G18 | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| 3 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ G20 | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| 4 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ G22 | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| 5 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ G24 | ΤΕΜΑΧΙΟ |

B)

| Ι.ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | | |
|---|--|---------|
| | Φλεβοκαθετήρες ασφαλείας με βαλβίδα και πτερύγια από ενισχυμένη πολυουρεθάνη με δυνατότητα παραμονής 72 ώρες, latex free, ακτινοσκιερο, με παθητικό πλαστικό μηχανισμό εμπλοκής της αιχμηρής άκρης της βελόνης για αποφυγή τρυπήματος σε διάφορα μεγέθη | |
| 1 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΑΣ G20 ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) | ΤΕΜΑΧΙΟ |
| 2 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΑΣ G22 ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) | ΤΕΜΑΧΙΟ |